


温氏股份2024年实验室耗材类招标产品标准

编号	类别	招标项目	招标分项	招标标准	招标方式	招标期限	送样要求	送样数量	是否邮寄附有产品信息的外包装盒/袋	参考图片
C1	细胞培养类	培养基	培养基/高糖（含谷氨酰胺）	500ml/瓶 培养基/高糖（含谷氨酰胺）	公开	1年	否	无	是	
C2		培养瓶	细胞培养瓶	培养面积：25/75/175/225cm ² 盖类型：透气型/密封型 瓶类型：直角型/传统型 颈类型：斜颈/角度颈 PP材质，袋装，无菌	公开	1年	否	无	是	
C3		培养皿	一次性细胞培养皿	规格： 100mm*20mm/90mm*15mm/60mm*15mm/35mm*10mm/150mm*25mm/245mm*25mm 带格 TC表面 PS材质 灭菌 大包装	公开	1年	否	无	是	
C4		细胞培养板	细胞培养板	规格：6孔/12孔/24孔/48孔/96孔 材质：聚苯乙烯 平底，TC处理	公开	1年	否	无	是	
D1		八联管	荧光定量PCR八联管	规格：0.1ml/0.2ml，软管/硬管 管类型：透明管，乳白管 盖类型：光学平盖，环状平盖 材质：聚丙烯PP，无菌，无RNase，无DNase，无热源； 密闭性好，优异透光性. 管壁薄而厚度均匀，带刻度。 适用大部分荧光定量PCR仪。	公开	1年	投标人送样，附上《产品标签》	不同规格独立包装1包	是	

编号	类别	招标项目	招标分项	招标标准	招标方式	招标期限	送样要求	送样数量	是否邮寄附有产品信息的外包装盒/袋	参考图片
D2	实验耗材类	荧光定量96孔板	荧光定量96孔板	规格：0.1ml 材质：聚丙烯PP，乳白色管， 产品技术要求：薄壁，导热好，孔板不含DNase、RNase、DNA、PCR抑制剂、ATP、内毒素。	公开	1年	投标人送样，附上《产品标签》	独立包装1包	是	
D3		离心管	离心管	规格： 0.2ml/0.5ml/0.6ml/1.5ml/2ml/5ml/10ml/15ml/50ml， 压盖尖底/压盖圆底/压盖平底/罗盖带齿尖底； 聚丙烯PP材质，无菌，无RNase，无DNase，无热源； 密闭性好，优异透光性；管壁薄而均匀，带刻度，耐温性好；	公开	1年	投标人送样，附上《产品标签》	不同规格各1包	是	
D4		离心管架	离心管架	产品规格：0.5ml、1.5ml、2ml、5ml、10ml 材质：聚丙烯PP 产品技术要求：可耐高温高压灭菌，规格齐全，适用多种规格的离心管	公开	1年	否	无	是	
D5		离心管盒	离心管盒	产品规格：0.2ml、0.5ml、1.5ml、2ml、5ml；32孔、50孔、72孔、96孔、100孔 材质：聚丙烯PP 产品技术要求：可耐高温高压灭菌，透明直观，密封性好	公开	1年	否	无	是	
D6		带滤芯吸头（袋装）	带滤芯吸头（袋装）	规格：10ul、10ul加长、20ul、100ul、100ul加长、200ul、200ul加长、300ul、1ml、5ml，带滤芯，0.22 μm滤芯为疏水性材料； 颜色：透明、黄色、蓝色 聚丙烯PP材质，无RNase，无DNase，无热源，无菌；耐高压不变形、同心度、锥度良好，适用于大部分移液枪	公开	1年	投标人送样，附上《产品标签》	不同规格各1袋	是	
D7	不带滤芯吸头（袋装）	不带滤芯吸头（袋装）	规格：10ul、10ul加长、20ul、100ul、100ul加长、200ul、300ul、1ml、5ml，不带滤芯； 颜色：透明、黄色、蓝色 聚丙烯PP材质，无RNase，无DNase，无热源，无菌；耐高压不变形、同心度、锥度良好，适用于大部分移液枪	公开	1年	投标人送样，附上《产品标签》	不同规格各1袋	是		

编号	类别	招标项目	招标分项	招标标准	招标方式	招标期限	送样要求	送样数量	是否邮寄附有产品信息的外包装盒/袋	参考图片
D8	实验耗材类	吸头类	带滤芯吸头（盒装）	规格：10ul、10ul加长、20ul、100ul、100ul加长、200ul、300ul、1ml、5ml，均为96支/盒，带滤芯，0.22 μm滤芯为疏水性材料； 材质：聚丙烯PP 产品技术要求：带刻度，无RNase，无DNase，无热源，无菌；内壁光滑，耐高温性佳，耐有机溶剂，透明度好 颜色：透明、黄色、蓝色 同心度、锥度良好，适用大部分移液器。	公开	1年	投标人送样，附上《产品标签》	不同规格各1盒	是	
D9			无滤芯枪吸头（盒装）	规格：10ul、10ul加长、20ul、100ul、100ul加长、200ul、300ul、1ml、5ml，均为96支/盒，不带滤芯； 材质：聚丙烯PP 产品技术要求：带刻度，无RNase，无DNase，无热源，无菌；内壁光滑，耐高温性佳，耐有机溶剂，透明度好 颜色：透明、黄色、蓝色 同心度、锥度良好，适用大部分移液器。	公开	1年	投标人送样，附上《产品标签》	不同规格各1盒	是	
D10		移液枪	单道可调移液枪	产品规格：0.1-2.5ul、0.5-10ul、5-50ul、50-200ul、200-1000ul、10-100ul、100-1000ul、2-20ul、20-200ul、1000-5000ul、30-300ul。 材质：聚丙烯，可耐高温防腐蚀	公开	1年	否	无	是	
D11	8道可调移液枪		产品技术要求：轻便且设计复合人机功效学；数字视窗，量程范围广，0.1ul至10ml；使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；精准分液，每支移液器都能遵照EN ISO 8655标准进行校准；下半部分可高温高压灭菌消毒；高准确与高精密度。	公开	1年	否	无	是		
D12	12道可调移液枪		产品技术要求：轻便且设计复合人机功效学；数字视窗，量程范围广，0.1ul至10ml；使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；精准分液，每支移液器都能遵照EN ISO 8655标准进行校准；下半部分可高温高压灭菌消毒；高准确与高精密度。	公开	1年	否	无	是		
D13	容量瓶	单标移液管	玻璃单标移液管	规格：1ml/2ml/5ml/10ml/20ml/25ml/50ml/100ml 玻璃材质，管身平滑，刻度均匀，数值清晰	公开	1年	否	无	是	
D14		白容量瓶	规格：10ml/50ml/100ml/250ml/1000ml/2000ml 玻璃材质，高透明度，耐热耐高温	公开	1年	否	无	是		

编号	类别	招标项目	招标分项	招标标准	招标方式	招标期限	送样要求	送样数量	是否邮寄附有产品信息的外包装盒/袋	参考图片
D15	实验耗材类		黄容量瓶	玻璃材质，高透光率，耐热耐高温	公开	1年	否	无	是	
D16		刻度吸管	玻璃刻度吸管	规格：1ml/2ml/5ml/10ml/20ml 玻璃材质，高透光率	公开	1年	否	无	是	
D17		手套类	无粉乳胶手套	规格：S/M/L，无粉 包装要求：每双独立包装/散装盒装 天然乳胶制成，能有效防滑，拉伸强度，柔韧性好，能有效防止穿戴撕裂	公开	1年	投标人送样，附上《产品标签》	独立包装/散装盒装1盒	是	
D18		封板膜	封板膜	材质：透明聚丙烯+透明硅基压敏胶 产品技术要求：无自发荧光 规格：适用96孔、384孔	公开	1年	投标人送样，附上《产品标签》	独立包装1包	是	
D19	实验耗材类	酶标条	八连酶标条	材质：聚苯乙烯 产品技术要求：透明，平底，高结合表面，孔内处理均匀板间从CV%<10%	公开	1年	否	无	是	
D20		酶标板	96孔酶标板	材质：聚苯乙烯 产品技术要求：可拆/不可拆96孔，透明，平底，高结合表面，孔内处理均匀板间从CV%<10%，板条不易掉落	公开	1年	否	无	是	
D21		无酶无菌水	无酶无菌水	材质：99.9%以上水。 产品技术要求：经DEPC处理并经高温高压消毒的纯水，不含RNase、DNase和proteinase。 规格：1ml/管、25ml/管、100ml/瓶、500ml/瓶	公开	1年	否	无	是	

编号	类别	招标项目	招标分项	招标标准	招标方式	招标期限	送样要求	送样数量	是否邮寄附有产品信息的外包装盒/袋	参考图片
D22		抗凝剂	抗凝剂	EDTA抗凝管 规格：5ml/管、10ml/管、100ml/瓶	公开	1年	否	无	是	
D23		TE缓冲液	TE缓冲液	可溶解引物，同时保护其免受降解。组成浓度：10mM Tris-HCL, 0.1mM EDTA, PH8.0 规格：5ml、10ml、50ml、100ml/瓶	公开	1年	否	无	是	

备注

备注

备注